

**CONSULTAS ABSUELTAS POR EL AREA USUARIA**

Área Usuaria:		DIEM		
Requerimiento:		ADQUISICIÓN DE MICROPIPETAS DIGITALES (MAYOR A 1/4 UIT) DE RANGO VARIABLE		
Nombre o Razón Social	Nro. Formulación	Consulta	Análisis del área usuaria respecto de la consulta	Precisión de aquello que se incorporará en las especificaciones técnicas o términos de referencia, de corresponder
GENLAB DEL PERÚ	1	<p>Estimados, tenemos micropipetas, pero no cumplen con algunas de las características que solicitan como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicador de volumen de 4 dígitos con lente de magnificación: nuestro indicador de volumen no cuenta con lentes de magnificación.</li> <li>Soporte con capacidad para 6 pipetas: Nuestros soportes son para 4 pipetas.</li> </ul> <p>Adjuntos especificaciones técnicas de nuestras pipetas para su consideración. En caso estén interesados, por favor indicárnoslo para realizar la cotización respectiva.</p>	<p>Punto 1: Con respecto al “indicador de volumen sin lente de magnificación” <b>SE ACOGE PARCIALMENTE</b> esta recomendación, se va incluir que el indicador con/ sin lente de magnificación en las EETT para ampliar el estudio del mercado.</p> <p>Punto 2: Con respecto al “soporte para pipetas de 4 pipetas”, <b>NO SE ACOGE</b> esta recomendación, debido a que se necesita soporte con capacidad para 6 micropipetas de diferentes volúmenes que serán ubicados en las diferentes áreas de trabajo.</p>	<p>Punto 1: Se realizaron ajustes a las especificaciones técnicas respecto a este punto.</p> <p>Punto 2: No se modifica las especificaciones técnicas respecto a este punto.</p>